



Broj: 9-9/18

Dana: 11.01.2019.godine

**PREDMET: Pitanje potencijalnog ponuđača i odgovor naručioca  
u postupku javne nabavke Dijalizatora i materijal za dijalizu – zajednički materijal za sve  
tipove mašina u Doma zdravlja „Dr Jovan Jovanović Zmaj“ Stara Pazova.**

**Pitanje:**

Poštovani,

Molimo Vas da nam u skladu sa članom 63. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015; u daljem tekstu: ZJN) dostavite dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa konkursnom dokumentacijom u otvorenom postupku javne nabavke dobara -Dijalizatori i materijal za dijalizu – zajednički materijal za sve tipove mašina, po partijama; količine za 9 meseci, potrebe za 2019.godinu, JN br. 9-9/18:

- 1. Konkursnom dokumentacijom je kao jedan od dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke zahtevano dostavljanje referentne liste sa ustanovama koje je Ponuđač snabdevao dobrima koja su predmet nabavke u 2018. godini i vrednostima ugovora.*

Imajući u vidu da je članom 10. ZJN propisana obaveza naručioca da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju, odnosno da ne može da onemogućava bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom diskriminatorских uslova, to predlažemo da izbrišete navedeni uslov, kako biste omogućili veću konkurenciju, a time ostvarili i bolji kvalitet pribavljenih dobara uz značajnu uštedu novčanih sredstava

Naime, propisivanjem navedenog dodatnog uslova, u predmetnom postupku javne nabavke upravo su onemogućeni da učestvuju ponuđači koji do sada nisu učestvovali u postupcima javnih nabavki potrošnog materijala za dijalizu, odnosno ponuđači koji nude noviji potrošni materijal za dijalizu, bez obzira što isti, eventualno mogu da ponude kvalitetnija dobra po nižim cenama.

Posebno ukazujemo da je rešenje Agencije za lekove i medicinska sredstva o upisu dobra koji nameravamo da ponudimo u Registar medicinskih sredstava izdato 21.11.2018. godine, dakle pre nešto više od mesec dana, tako da isti pre toga nije ni mogao biti u prometu.

S tim u vezi, a u slučaju da odbijete predlog za brisanje navedenog dodatnog uslova, naše pitanje glasi da li umesto referentne liste možemo da dostavimo rešenje Agencije za lekove i medicinska sredstva o upisu medicinskog sredstva u registarod 21.11.2018. godine, kao i izjavu ponuđača da navedenadobra nismo prometovali pre toga?

2. Takođe, konkursnom dokumentacijom je kao jedan od dodatnih uslova traženo i da ponuđena dobra za sve partije iz grupe 2 moraju da budu usklađena između ostalog sa standardima SRPS 1283/EN 1283.

U vezi sa navedenim dodatnim uslovom ukazujemo da se standardi SRPS 1283/EN1283 više ne primenjuju, te da su isti zamenjeni sa standardima SRPS/ISO 8637, što je moguće proveriti na sajtu Instituta za standardizaciju([http://www.iss.rs/rs/standard/?natstandard\\_document\\_id=34575](http://www.iss.rs/rs/standard/?natstandard_document_id=34575).)

S obzirom na navedeno predlažemo da izmenite konkursnu dokumentaciju tako što ćete izmeniti navedeni dodatni uslov.

**Odgovor:**

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je naručilac prihvatio vašu sugestiju i da će kroz izmenu konkursne dokumentacije izvršiti korekciju koja se tiče stavke pod rednim brojem 10 u tabelarnom prikazu, koji se tiče referentne liste za 2018.godine i stavke 12 u tabelarnom prikazu, koji se tiče standard SRPS 1283/EN 1283 u delu „**DODATNI USLOVI**”.

**Komisija za javne nabavke Doma zdravlja  
“Dr Jovan Jovanović Zmaj”  
Stara Pazova**