



Broj 91/20
Dana 13.02.2020.godine

**PREDMET: Pitanje potencijalnog ponuđača i odgovor naručioca
u postupku javne nabavke sanitetskog materijala u Doma zdravlja „Dr Jovan Jovanović
Zmaj“ Stara Pazova.**

Pitanje:

1. U skladu sa čl.63.ZJN, molimo Vas za dodatnim pojašnjenjem JN 91/20, Sanitetski materijal, u vezi sledećeg:

Partija 10, Stavka 16, Naručilac je naveo dobro: PVC čaša za kiseonik.

Kontaktirali smo firmu koja se bavi punjenjem boca za kiseonik, kao i servisiranjem istih I došli smo do saznanja da dobro koje ste naveli kao "PVC čaša za kiseonik", može da bude ili zaštitna kapa, ili PVC ovlaživač za kiseonik.

Shodno gore navedenom, molimo Vas da tačno pojasnite o kom dobru je reč.

Odgovor:

Poštovani,

1. Obaveštavamo Vas da se radi o PVC ovlaživaču za kiseonik i da će naručilac kroz izmenu konkursne dokumentacije koja će biti objavljena na Portalu javnih nabavki i internet adresi naručioca izmeniti naziv stavke.

**Komisija za javne nabavke Doma zdravlja
“Dr Jovan Jovanović Zmaj”
Stara Pazova**